

FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

OPTISAL®  
PLUS



PRESERVE

FLÜSSIGES KONZENTRAT ZUR FLÄCHENDESINFEKTION UND REINIGUNG

1 / 4

Verbesserte Wasserhärtestabilität  
Umfassendes Wirkspektrum  
Geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen



VAH

IHO

ÖGHMP

## FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

# OPTISAL® PLUS



PRESERVE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 4

**OPTISAL PLUS** ist ein universell einsetzbares, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen in patientennahen Bereichen sowie von nichtinvasiven Medizinprodukten.

**OPTISAL PLUS** zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung abgestimmtes Wirkspektrum aus. Neben

der Wirksamkeit gegen behüllte Viren (HBV, HIV, HCV) verfügt **OPTISAL PLUS** über eine hervorragende Wirksamkeit gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren. **OPTISAL PLUS** zeigt ebenfalls eine gute bakterizide, levurozide und tuberkulozide Wirksamkeit. **OPTISAL PLUS** ist geruchsneutral und parfümfrei.

## ANWENDUNGEN UND HINWEISE

### Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen und öffentlichen Bereichen.

### Anwendungsgebiete gemäß EU-Medizinprodukteverordnung

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten OPTISAL PLUS Gebrauchslösung vollständig benetzen und diese mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung unter Berücksichtigung der Einwirkzeit wieder genutzt werden.

Konzentrat - nur verdünnt anwenden! Die Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration mit Wasser geeigneter Qualität (max. 40 °C) ansetzen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von OPTISAL PLUS ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt, zum Beispiel HANSA CLEAN SPEZIAL zu empfehlen. OPTISAL PLUS nicht direkt in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden. OPTISAL PLUS ist als Sprühapplikation nicht zulässig.

### Zusammensetzung

100 g enthalten:

7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,

6,6 g Alkyl (C<sub>12-16</sub>) dimethylbenzylammoniumchlorid,

2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

Enthält: < 5 % nichtionische Tenside.

### Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Messing, Kupfer, Aluminium, Polycarbonat (PC). Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), Neopren (CR).

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält N-Dodecylpropan-1,3-diamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFT-INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

### Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## FLÄCHE / DESINFIZIATIONSMITTELKONZENTRATE

# OPTISAL® PLUS



PRESERVE

## WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 4

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			5 min	15 min	30 min	60 min
<b>Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion</b>						
bakterizid <sup>1</sup> , levurozid <sup>1</sup>	VAH/EN 16615 DGHM	mit Mechanik, hohe Belastung	2,5 % <sup>2</sup>	1,5 % <sup>2</sup>	1 %	0,5 % <sup>2</sup>
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	hohe Belastung				1,5 %
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hohe und niedrige Belastung			2 %	1 %
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	1 %			0,5 %
<b>Ergänzende Prüfergebnisse</b>						
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	0,5 %			
	EN 16615	hohe Belastung	2,5 %	1,5 %		0,5 %
	EN 1276	hohe Belastung	0,25 %			
	EN 13697	hohe Belastung	0,5 %			
	EN 17387	hohe Belastung	1 %			
levurozid	EN 13624	hohe Belastung	0,5 %			
	EN 16615	hohe Belastung	2,5 %	1,5 %		0,5 %
	EN 1650	hohe Belastung	0,25 %			
	EN 13697	hohe Belastung	0,5 %			
	EN 17387	hohe Belastung	1 %			
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung	2 %	1 %		0,5 %
	EN 14476	hohe Belastung	2 %	1 %		
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung		2 %		1 %
	EN 14476	hohe Belastung			2 %	1 %
fungizid (A. brasiliensis)	DGHM	hohe Belastung				3 %

<sup>1</sup> – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

<sup>2</sup> – VAH-Listung

## FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

# OPTISAL® PLUS



PRESERVE

### GEBINDE

4 / 4

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
OPTISAL PLUS	Sachet	200	20 ml	00-245-0002-01	18453558
	Dosierflasche	10	1 L	00-245-010-01	18453564
	Kanister	3	5 L	00-245-050-01	18453570
	Kanister	1	25 L	00-245-250-01	18453587
Dosierhilfen	Kanisterdosierpumpe	1	2L/5 L/10 L	00-906-000-01	
	Kanisterumfüllhahn	1	2L/5 L/10 L	00-907-000	
Zubehör	Kanisterschlüssel	1		00-909-050	

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  CE 0482

### ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.